

# Analysenbericht

Alle Rechte liegen beim  
 „RUNDEN TISCH“ 20.11.21

Witterswil, 18. November 2021

bx Nr.: bx176669-1551501  
 Auftragsdatum: 15. Oktober 2021  
 Probeneingang: 15. Oktober 2021  
 Probenbezeichnung: Teststäbchen



Association of Swiss Laboratories  
 Verband Schweizer Laboratorien  
 Association des Laboratoires Suisses  
 Associazione dei Laboratori Svizzeri



## Resultate

Ethylenoxid und 2-Chlorethanol	siehe unten	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor
--------------------------------	-------------	---------	---

Parameter	Ergebnis	Einheit	Methode
2-Chlorethanol	0,60	mg/kg	GC-MS/MS
Ethylenoxid, frei	< 0,010	mg/kg	GC-MS/MS
Ethylenoxid, gesamt	0,33	mg/kg	GC-MS/MS

Methode: GC-MS/MS

Nachweisgrenze: 0.010 mg/kg

*Dieser Bericht wurde von Adrian Häni, CEO, elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.*

Alle Rechte liegen beim „RUNDEN TISCH“ 20.11.21